

Kraków, 22.11.2018 roku

### Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „DOSTAWA ELEMENTÓW STACJI MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA” ZP/1/2018.

Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy informuje, że do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. Stosownie do art. 38.ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 1986) zwanej dalej ustawą, Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi na otrzymane pytania oraz dokonuje zmiany treści SIWZ na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy.

**Pytanie 1.** W związku z tym że kalibracje się wykonuje urządzeniami podającymi przepływ w L/min czy pobornik ma również podawać takie wartości w tych jednostkach?

**Odpowiedz:** Zamawiający nie wymaga tej funkcjonalności.

**Pytanie 2.** W związku z tym że ma to być urządzenie referencyjne to czy ono powinno posiadać dokument potwierdzenia zgodności z normą 12341. ?

**Odpowiedz:** Zgodnie z pkt. 1. Załącznik nr 2. „Tabela zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego – Część 2: Pobornik pyłu”: Zgodność z normą EN 12341:2014 oraz z punktem 10.4.8 SWIZ (dotyczącym wymaganych dokumentów wchodzących w skład oferty), Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego zgodność z normą 12341:2014.

